

Test du VP

Milieux :

Milieu Clark et Lubs.

Réactifs :

- Napht-1-ol en solution éthanol.
- Hydroxyde de potassium ou de sodium.

Technique :

Ensemencer le milieu Clark et Lubs.

Incuber 24 heures à 37°C.

Transvaser un aliquote du milieu Clark et Lubs en tube à hémolyse.

Ajouter les réactifs volumes à volume.

Attendre 10 minutes avant de lire.

Lecture :

